

放射能測定結果書


検体NO: I6-1-5006-01M

シ株式会社

様

平成 28年 1月 7日

一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
〒260-0024 千葉市中央区中央港1丁目12番11号



平成 28年 1月 6日 付けをもって試験検査の依頼のありました検体について、試験検査を行った結果は下記の通りです。

記

試料名	農産物セット（しめじ、長ねぎ、大根、にんじん、安納芋、かぶ、ターサイ、ミニ白菜、ちぢみほうれん草、ちぢみ小松菜、レタス類、ベビーリーフ、水菜）		
測定日 測定機器	測定日：平成28年1月6日 測定機器：CANBERRA社製 Ge半導体検出器GR2519		
備考	採取日時からの放射能の減衰補正は行っていません。 しめじ及びベビーリーフを除き水道水の流水で洗浄した後全て軽くミル粉碎をし全量を混合検査を実施。しめじ：水をひたしたペーパーで表面を軽くふき可食部について検査を実施。長ねぎ：不可食外皮及びひげ根を除去したものについて。大根：ひげ根を除去したものについて。にんじん、安納芋：泥を水で軽く洗い落したのものについて。かぶ：泥を水で軽く洗い落とし変質葉を除去したものについて（葉、根含む）ターサイ：ちぢみ小松菜、水菜：根及び変質葉を除去したものについて。ミニ白菜、レタス類：外側変質葉及びしんを除去したものについて。ちぢみほうれん草：ひげ根及び変質葉を除去したものについて。ベビーリーフ：全体について。		
連絡担当者 電話番号	古川 善雄 043-205-8225	試験実施施設名 及び所在地	一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター 千葉市緑区大野台 2-3-36

検査成績

検査項目	検査結果	検出限界	試験方法
測定試料量	2.00kg	-	
測定時間	600秒	-	
放射性ヨウ素131	検出せず	5.0Bq/kg	※137
放射性セシウム134	検出せず	5.0Bq/kg	※137
放射性セシウム137	検出せず	5.0Bq/kg	※137
※137 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 食安発0315第4号(平成24年3月15日)食品中の放射性物質の試験法及びゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法(食安発0317第3号(平成23年3月17日)に伴う「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月)に準拠)による			

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
報告書は一部分のみをコピーして利用される場合には事前に当センター発行元へご相談ください。

NO: I6-1-5006-01M